

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SZ-222/47/17 Z DNIA 24.10.2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Komora do badań środowiskowych o zmiennych profilach klimatycznych (komora klimatyczna) w zakresie temperatur od -70°C do 180°C, zakres wilgotności 10% do 98%. Minimalna pojemność komory wewnętrznej 600l.

Parametry komory:

- Minimalna pojemność przestrzeni roboczej: 600l
- Zakres temperatury: od -70°C do 180°C
- Zakres wilgotności 10%÷98% r.h
- Szybkość zmian temperaturowych dla chłodzenia (średnio): 2,5 K/min
- Szybkość zmian temperaturowych dla grzania (średnio): 4,0 K/min

Niezbędne wyposażenie komory:

- Półka na próbki wykonana ze stali nierdzewnej (1 szt.).
- Oprogramowanie rejestrujące parametry komory.
- Możliwość podłączenia zewnętrznego osuszacza powietrza.

Warunki dostawy, instalacji, szkolenia, gwarancji i serwisu:

- Dostawa, instalacja wraz ze sprawdzeniem poprawności działania komory oraz szkolenie dla 3 pracowników ITS z wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.
- Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim.
- Deklaracja zgodności CE.
- Gwarancja: 12 miesięcy.
- Krajowy autoryzowany serwis producenta.
- Wsparcie techniczne autoryzowanego serwisu – maksymalny czas na wizytę serwisanta najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia awarii / wady przez Zamawiającego.
- Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego: co najmniej przez 10 lat.